

ОФИЦИАЛЬНЫЙ WEB-САЙТ: WWW.TRAUMA-CENTER.RU

Немецкое качество по-Нижегородски.



Компания B | Braun Aescular Orthopaedics является производителем весьма современных, обладающих определенными преимуществами, систем для интрамедуллярного остеосинтеза. Мы имеем позитивный опыт применения всех актуальных систем производства этой фирмы при лечении пациентов в Нижегородском Региональном Травматологическом Центре: Targon PH, [FN](#), [PF](#), PFT, TX. Все перечисленные импланты были установлены травматологами-ортопедами НРТЦ впервые в Нижегородской области. В начале 2014 года мы впервые в Нижегородской области и вторыми в Российской Федерации успешно выполнили оперативное вмешательство с применением новой системы Targon PFT, пришедшей на смену старой Targon PF. Эта система представляет собой проксимальный бедренный стержень с шеечным блокированием с помощью фиксирующегося телескопического винта и антиротационного пина.

Вместе с тем, известные события второй половины 2014 и начала 2015 года не могли не оказать негативного влияния на взаимодействие опытных оперирующих травматологов-ортопедов и представительства компании В | Braun в Нижегородской области.



Известные и разрекламированные технические новшества предлагаемых систем оказались почти бесполезны ввиду высокой розничной стоимости имплантов по сравнению с аналогами. Санкции в отношении Российской Федерации и скачки курсов валют также явно не пошли на пользу делу.

В создавшихся условиях группой заинтересованных лиц было принято решение о закупке малой партии систем остеосинтеза длинных трубчатых костей производства компании В|Braun для лечения пациентов Нижегородской области по квотам за счет выделяемых бюджетных средств различных уровней финансирования на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко. Казалось бы: благое намерение...

Однако, проект технического задания, условия поставки изделий и порядок предоставления инструментария не согласовывались с Главным Травматологом-ортопедом МЗ Нижегородской области, руководителем Травматологической Клиники и НРТЦ, профессором А. В. Алейниковым и специалистами НРТЦ, имеющими приоритетный опыт выполнения операций с использованием данных систем в Нижегородской области.

В результате, первая же запланированная операция с применением системы Targon PFT по квоте высоко-технологичной медицинской помощи оказалась сорванной по причине предоставления дефектного комплекта инструментов для выполнения оперативного вмешательства. Не смотря на то, что Нижегородское представительство компании В | Braun было проинформировано **за две (!) недели** до планировавшегося оперативного вмешательства, неоднократно поднимался вопрос о технической исправности, в итоге был получен комплект ржавых, изношенных, с явными дефектами, инструментов.

Так, на направителе (Targeting Device KH520P) легко определяются признаки некорректного использования – дефекты конструкции из-за неосторожных (или неумелых?) ударов молотком. Это свидетельствует о том, что инструмент для выполнения операций предоставлялся неаккуратному и некомпетентному контингенту травматологов, которые явно не готовы к выполнению оперативных вмешательств такого уровня.

Защитник мягких тканей (Tissue protector, small KH538R) имеет сломанную рукоятку, о которую можно с легкостью травмировать руки. Кроме того, если оставшаяся часть пластмассового держателя отсоединится от направителя в зафиксированном положении, то последний придется извлекать с помощью плоскогубцев. Профайлеры и металлические части других инструментов имеют явные признаки коррозии и не могут считаться пригодными для выполнения современного малоинвазивного оперативного вмешательства.



Попытка предоставить дефектный комплект инструментов непосредственно перед запланированной операцией, повторное предоставление того же дефектного комплекта инструментов спустя **неделю (!)** ожидания, невозможность оперативной замены инструментария и, как следствие, срыв плана лечения и всего графика операций заставили нас окончательно разочароваться в сервисе и продукции компании В | Braun, по крайней мере, в Нижегородской области.

В настоящее время мы не рекомендуем использование систем интрамедуллярного остеосинтеза В | Braun Aesculap Orthopaedics в клиниках Нижегородской области.